

1 平成26年度水産物放射性物質簡易検査結果 (H26.4.1～H26.9.30)

(上段：件数、下段：割合)

検査品目	検査件数	基準値以下	基準値超過
11他	2,892	2,892	0
		100%	0%

※基準値超過・・・100Bq/kg超

検査品目・・・ヒラメ、カレイ類、アイナメ、マダラ、エゾイソアイナメ、
スズキ、イカ、ギンザケ、メロウド、カツオ、サバ
の市場流通水産物等

2 平成27年度の検査体制

検査場所		検査機器	台数
石巻売場	石巻市魚市場仮設 事務所敷地内 放射能検査室	NaIシンチレ ーション検出器 (ガンマ線スペク トロメータ)	5台 (県貸与器1台 含む)
	↓(市場完成後)		
	石巻市水産物地方 卸売市場石巻売場 放射能検査室		
牡鹿売場	牡鹿総合支所		1台
雄勝・北上分	北上総合支所		1台