

平成27年7月分 住民持込み自家消費食品等放射性物質検査結果

No	測定日	測定物質 農作物等 名称	種別	採取場所	放射性セシウム合計 (単位: Bq/kg)	備考
1	2015年7月6日	クロダイ	自然から採取した食品	石巻市	175	
2	2015年7月28日	りんご	自家生産食品等	石巻市	測定下限値未満	
3						

※ 測定下限値 ……セシウム合計で一般食品は20Bq/kg井戸水等は10Bq/kg

※ 検査機器名…NaI(Tl)シンチレーションスペクトルメータ(EMF211型ガンマ線スペクトロメータ)

■食品中の放射性物質に関する基準値(食品衛生法)

一般食品	100 Bq/kg
飲料水	10 Bq/kg