

平成29年12月分 住民持込み自家消費食品等放射性物質検査結果

No	測定日	測定物質 農作物等 名称	種別	採取場所	放射性セシウム合計 (単位:Bq/kg)	備考
	測定なし					

※ 測定下限値 ……セシウム合計で一般食品は20Bq/kg井戸水等は10Bq/kg

※ 検査機器名……NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ(EMF211型ガンマ線スペクトロメータ)

■食品中の放射性物質に関する基準値(食品衛生法)

一般食品	100 Bq/kg
飲料水	10 Bq/kg