

令和6年3月分 住民持込み自家消費食品等放射性物質検査結果

N o	測 定 日	測 定 物 質 農 作 物 等 名 称	種 別	採 取 場 所	放射性セシウム合計 (単位：Bq/kg)	備 考
	2024年3月12日	生しいたけ	自家生産食品等	石巻市北境	測定下限値未満	

※ 測定下限値・・・セシウム合計で一般食品は20Bq/kg井戸水等は10Bq/kg
※ 検査機器名・・・NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータ（EMF211型ガンマ線スペクトロメータ）

■食品中の放射性物質に関する基準値（食品衛生法）

一般食品	100 Bq/kg
飲料水	10 Bq/kg